

---

SC Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti

**AVVISO PUBBLICO**  
**CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER 24 MESI DI ALCUNI SISTEMI RADIOLOGICI INSTALLATI PRESSO LA SC DI RADIODIAGNOSTICA DELL'OSPEDALE CARDINAL MASSAIA DI ASTI.

L'ASL AT di Asti, intende procedere, mediante ricorso ad una procedura negoziata attraverso la piattaforma SINTEL, che pubblicherà sul sito [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it), alla manutenzione di alcuni sistemi sotto riportati:

- n.1 portatile di grafia Marca GMM modello MACR32D;
- n.6 portatile di grafia Marca Philips modello Practix;
- n.3 portatili da scopia Marca Siemes modello Arcadis Varic;
- n.1 portatile da scopia Marca GE modello OEC 9800;
- n.1 tavolo radiologico Marca GMS modello Polivix;
- n.1 tavolo radiologico Marca Siemens modello Axiom Iconos;
- n.1 tavolo radiologico Marca Fuji modello FDR SMART X FGXR-68S-3;
- n.1 tavolo radiologico Marca Philips modello Omnidiagnost Eleva;
- n.1 TC Marca Philips modello Brillance 64 strati;
- n.2 Mammografi Marca Hologic modello Selenia.

installati presso la SC di Radiodiagnostica dell'Ospedale Cardinal Massaia di Asti, indetta ai sensi dell'art. 6, del Regolamento per l'aggiudicazione di beni e, servizi e lavori inferiori alle soglie di cui all'art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i in attuazione alle linee guida ANAC n. 4/2016, approvato con delibera del Direttore Generale n. 84 del 29.06.2016 e s. m. i.

## 1. STAZIONE APPALTANTE

1.1 **Denominazione:** ASL AT di Asti

1.2 **Responsabile del procedimento** (art. 31 D. Lgs 50/2016 e s.m.i ) ing. Cesare Lombardi

## 2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

2.1 **Luogo di esecuzione:** Sedi delle S.C. Radiodiagnostica della ASLAT di Asti.

2.2 **Breve descrizione dell'appalto:** servizio di manutenzione full risk di alcuni sistemi radiologici

2.3 **Importo complessivo:** Importo totale a base di gara pari a € 211.500,00 oltre IVA per anno pari a € 423.000,00 oltre IVA suddivisi nel seguente modo:

- n.1 portatile di grafia Marca GMM € 3.000,00 oltre IVA;
- n.6 portatili di grafia Marca Philips € 16.000,00 oltre IVA;

---

## SC Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti

- n.3 portatili da scopia Marca Siemens € 30.000,00 oltre IVA;
- n.1 portatile da scopia Marca GE € 10.000,00 oltre IVA;
- n.1 tavolo radiologico Marca GMS € 25.000,00 oltre IVA;
- n.1 tavolo radiologico Marca Siemens € 25.000,00 oltre IVA;
- n.1 tavolo radiologico Marca Fuji € 15.500,00 oltre IVA;
- n.1 tavolo radiologico Marca Philips € 25.000,00 oltre IVA;
- n.1 TC Marca Philips € 34.000,00 oltre IVA;
- n.2 Mammografi Marca Hologic € 28.000,00 oltre IVA;

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

### 2.4 Durata dell'appalto: mesi ventiquattro

## 3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI

**3.1 Criterio di aggiudicazione:** a lotto unico o a singoli lotti nel caso non vi siano operatori in grado di manutentare tutte le apparecchiature, a favore di quella ditta/e che avrà offerto il prezzo più basso previa verifica di idoneità tecnica, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36 del D. Lgs 20/2016 e s.m.i., in attuazione alle Linee Guida dell'ANAC 4/2016;

## 4. CAPITOLATO TECNICO

### Specifiche tecniche obbligatorie

Vedasi allegato relativo alla manutenzione

## 5. MODALITA' E TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Verranno invitate a presentare offerta, le aziende qualificate sul portale SINTEL, che avranno manifestato il proprio interesse entro il termine del **31.01.2022 ore 12,00** compilando l'apposito modello Allegato A, essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.asl.at.it](mailto:protocollo@pec.asl.at.it) unitamente alla dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DI ALCUNI SISTEMI RADIOLOGICI INSTALLATI PRESSO LA SC DI RADIODIAGNOSTICA DELL'OSPEDALE CARDINAL MASSAIA DI ASTI "

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine.

## 6. INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

L'ASL AT provvederà successivamente ad invitare, tramite il portale SINTEL tutte le Ditte che avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse correttamente compilata.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei all'assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti e costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione dei principi di pubblicità, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

L'A.S.L. AT si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, integrare e revocare la procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

---

SC Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti

**7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Cesare Lombardi


**8.CONTATTI**

S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti - Sig. Augusto Pavan tel. 0141484246 – fax 0141484222 e mail [apavan@asl.at.it](mailto:apavan@asl.at.it) – d.ssa Emanuela Scapolan tel. 0141484206 e mail [escapolan@asl.at.it](mailto:escapolan@asl.at.it).

Asti 14.01.2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

ing. Cesare Lombardi  
(firmato in originale)



## **ALLEGATO B – CONTRATTO DI MANUTENZIONE**

### **CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE TECNICHE, SCIENTIFICHE E SANITARIE.**

#### **CAPITOLO 1** **REGOLE GENERALI**

##### **Articolo 1 - Oggetto dei servizi e dei contratti di manutenzione, regole generali di fornitura delle prestazioni.**

Oggetto di questo contratto è la fornitura delle prestazioni manutentive (manutenzione preventiva, manutenzione correttiva/riparativa, fornitura di componenti consumabili, di parti soggette ad usura e di pezzi di ricambio in manutenzione) secondo le clausole previste nei documenti contrattuali, rispettando scrupolosamente i programmi e le modalità ivi prescritte, sulle apparecchiature, secondo le modalità ed ai prezzi dagli stessi precisati e con riferimento alle condizioni generali e tipiche statuite dal presente documento come eventualmente integrate o emendate nella lettera di richiesta di offerta.

##### **Articolo 2 - Compatibilità**

Le norme previste nel presente documento (Allegato B) si devono ritenere, in ogni caso, parte integrante e sostanziale dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Azienda Sanitaria. In caso di contrasto con le clausole delle offerte pervenute dalle ditte di manutenzione interpellate prevalgono sempre, salvo *espresso* patto contrario, le clausole e disposizioni contenute nel presente documento.

##### **Articolo 3 - Modalità di conteggio per il *fermo macchina***

Ai fini di quanto al presente documento, si definisce "*tempo di fermo macchina*" il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata (con emissione del relativo numero di richiesta d'intervento da parte dell'Ingegneria Clinica dell'azienda Sanitaria) ed il giorno di riavviamento con ripristino completo della funzionalità.

In riferimento ai successivi artt. 4 e 6, verranno conteggiati, normalmente, solo i giorni feriali; i giorni festivi (Domenica o altre giornate non lavorative in senso generale) saranno conteggiati solo se non saranno direttamente contigui al giorno di segnalazione del guasto (p.es. per una chiamata effettuata di venerdì e risolta il martedì successivo si conteggeranno due soli giorni di fermo macchina – se invece a causa della difficoltà di reperimento pezzi, o altro motivo, il fermo si prolungasse fino al lunedì successivo i giorni conteggiati saranno otto)

Non verranno conteggiati come giorni di fermo quelli che consentono la risoluzione del guasto con ripristino completo della funzionalità del servizio entro il giorno successivo a quello della chiamata.

##### **Articolo 4 - Garanzie**

Il servizio di Assistenza verrà eseguito con le seguenti garanzie:

- 4.1. per tutte le apparecchiature coperte dal contratto di manutenzione regolamentato dal presente documento può essere consentito, quale massimo, un periodo complessivo di **fermo macchina annuale (su 12 mesi) non superiore a 10 giorni** (di cui non più di cinque consecutivi) conteggiati con i criteri di cui all'Articolo 3, esclusi gli eventuali periodi di fermo per interventi di manutenzione preventiva programmata;
- 4.2. garanzia per danni a cose e persone; si richiede copia della polizza di assicurazione per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività di manutenzione e di responsabilità civile verso terzi o dichiarazione equivalente
- 4.3. rispetto alla sicurezza del proprio personale (per la direttiva secondo il Dlgs 81/08) la ditta si impegnerà a prendere visione e trasmettere al proprio personale operativo il documento disponibile c/o ASL AT

# ALLEGATO B – CONTRATTO DI MANUTENZIONE

## Articolo 5 - Risoluzione del Contratto

L'Azienda Sanitaria appaltante ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- inadempimento di obbligo previsto nel contratto, qualora sia reiterato per più di tre volte o qualora rivesta carattere di particolare gravità. In ogni caso l'inadempienza deve essere contestata per iscritto tramite raccomandata A.R.. La risoluzione dovrà essere comunicata alla Ditta con un preavviso di almeno 90 giorni;
- dismissione delle attrezzature coperte da contratto di manutenzione, a mezzo di procedure di "fuori uso" o "fine uso"/"fine esercizio"; la dismissione dovrà essere comunicata alla Ditta interessata e la cessazione del contratto decorrerà dalla ricezione di tale comunicazione; gli oneri da corrispondere, proporzionalmente alla parte fruita, saranno conteggiati in dodicesimi sul canone annuale;
- mutate condizioni di utilizzo delle attrezzature coperte da contratto di manutenzione; in questo caso l'Azienda Sanitaria procederà, in contraddittorio con la Ditta, alla revisione delle condizioni contrattuali; gli oneri da corrispondere, proporzionalmente alla parte fruita, saranno conteggiati in dodicesimi sul canone annuale;
- mutate strategie manutentive sulle attrezzature coperte da contratto di manutenzione; in questo caso l'Azienda Sanitaria appaltante procederà, in contraddittorio con la Ditta, alla revisione delle condizioni contrattuali; gli oneri da corrispondere, proporzionalmente alla parte fruita, saranno conteggiati in dodicesimi sul canone annuale.
- In tutti gli altri casi ciò sia consentito dalle norme vigenti in relazione alla tutela del pubblico interesse.

## Articolo 6 – Penali

Il ritardo dell'intervento tecnico su chiamata può essere sanzionato, di per sé e indipendentemente a quanto statuito dagli artt. 3 e 4 in rapporto ai tempi di "fermo macchina", con una penale di € 60,00 *per evento*. Il ritardo nella fornitura delle prestazioni programmate di manutenzione preventiva è di per sé sanzionato con una penale di € 100,00 per evento.

Con riferimento alle garanzie di cui all'articolo 4) l'inadempienza da parte del Servizio di Assistenza comporterà l'applicazione di una **penale ulteriore nella misura del 1,5%** del valore contrattuale relativo all'apparecchiatura in oggetto, con un minimo di € 100,00, per ogni giorno di fermo macchina o di ritardo nell'intervento eccedente i limiti stabiliti. La somma complessiva di tutte le penali annue applicabili non potrà comunque superare il **10%** (dieci per cento) del valore contrattuale complessivo (comprendente tutte le apparecchiature coperte dal servizio di manutenzione interessato), riferito all'esercizio in cui si verifica l'evento o emerge l'inadempimento da parte della ditta manutentrice.

- Altre eventuali irregolarità accertate e previamente contestate e notificate tramite raccomandata A/R, saranno oggetto di applicazione di penale nella misura massima del **1%** del valore (e non meno di € 100,00) contrattuale, fermi restando i limiti sopra precisati.
- L'applicazione delle eventuali penali avverrà con riduzione di pari importo sulla prima successiva fattura in pagamento.

**L'applicazione di ogni penale indicata è sempre intesa fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno accertato.**

## Articolo 7 - Fatturazione e Pagamenti e tracciabilità dei medesimi.

***Fatturazione trimestrale posticipata, con ricezione della fattura, per il quarto trimestre, entro e non oltre il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento.***

**La fattura emessa dovrà essere unica per ciascuna ditta contraente e dovrà avere importo esattamente corrispondente alla parte di contratto temporalmente fruito (in particolare ogni fattura trimestrale dovrà avere importo esattamente uguale ad un quarto dell'importo totale annuale).**

## **ALLEGATO B – CONTRATTO DI MANUTENZIONE**

Le eventuali fatture per le parti non coperte da canone devono essere emesse separatamente da quelle relative al canone, devono riportare chiaramente il motivo o la clausola d'esclusione e inoltre contenere conteggio analitico voce per voce dei singoli importi, *inoltre devono riportare gli estremi dell'ordinativo emesso dal servizio di ingegneria clinica dell'Azienda appaltante.*

Alla fattura relativa alle parti escluse dal contratto o al canone (per le visite preventive e correttive) deve essere *allegata la copia del foglio di lavoro e/o documento di trasporto ove necessario.*

Il pagamento sarà disposto a mezzo mandato secondo i termini di legge data ricevimento fattura, ad intervento regolarmente concluso e verificato. Per data di ricevimento della fattura si intenderà quella del Protocollo Generale della stazione appaltante.

I pagamenti osserveranno scrupolosamente le disposizioni della legge n° 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento alle misure ivi dettate per la loro **completa tracciabilità**. L'inosservanza delle predette norme comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima e la risoluzione del contratto, quando prevista. E' d'obbligo sottolineare ancora che l'operatore economico (appaltatore, subappaltatore, fornitore, prestatore di servizi, concessionario ::) dovrà comunicare, **entro sette giorni dall'accensione dei conto correnti dedicati prescritti dalla surrichiamata normativa:**

a) gli estremi identificativi dei conto correnti medesimi;

b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Pertanto:

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Articolo 8 - Competenza**

In caso di controversia sarà competente il Foro di **ASTI**.

### **Articolo 9 - Validità del Contratto**

Il contratto di manutenzione è, di norma, immediatamente vincolante per la Ditta appaltatrice dalla data dell'offerta.

L'AZIENDA SANITARIA è vincolata dalla data di approvazione del relativo provvedimento amministrativo.

## **CAPITOLO 2**

### **CONDIZIONI OPERATIVE E TIPOLOGIE DI CONTRATTO**

Le ditte appaltatrici dei contratti di manutenzione sono tenute all'osservanza delle seguenti regole, al fine di realizzare un servizio il più possibile efficiente e funzionale in collaborazione con il Servizio di Ingegneria Clinica :

#### **2.1) Regole per l'assistenza**

*regole generali:*

- Le visite programmate di manutenzione preventiva dovranno seguire un programma idoneo a garantire la piena e continua efficienza delle attrezzature: durante gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere eseguite con cura tutte le operazioni di controllo, verifica, taratura, pulizia, lubrificazione e quanto altro occorra alla conservazione del buon funzionamento dell'attrezzatura ed alla prevenzione, per quanto possibile, di guasti - riducendo al minimo il rischio di fermo macchina, procedendo inoltre alla sostituzione delle

## ALLEGATO B – CONTRATTO DI MANUTENZIONE

parti meccaniche, **elettromeccaniche**, ecc.. soggette a normale usura, e quant'altro si renda necessario.

- Le prestazioni specialistiche, gli interventi tecnici e le conseguenti forniture, siano esse di manutenzione preventiva che di manutenzione correttiva, dovranno essere eseguite a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze di qualsiasi genere che dovessero sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere.
- La Ditta manuttrice dovrà condurre i lavori e fornire le prestazioni richieste secondo l'ordine e/o in base al programma concordato, per darli compiuti nei termini prescritti a mezzo del proprio personale specializzato e con il supporto dei materiali, degli strumenti e di ogni mezzo tecnico necessario all'esecuzione efficace e sicura degli stessi nel migliore dei modi.
- Il manutentore è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da dolo o colpa grave, e, in ogni caso, imputabili, anche solo parzialmente, ad evidente negligenza nell'esecuzione delle prestazioni e/o comunque in conseguenza di violazione delle norme di sicurezza pertinenti.

### *regole specifiche:*

1. Un intervento manutentivo eseguito senza il rispetto di una o più delle seguenti regole viene implicitamente non accettato dal servizio di Ingegneria Clinica e quindi dall'Azienda stessa e, come conseguenza, considerato come "non eseguito", con esclusione quindi del riconoscimento di eventuali costi aggiuntivi
2. Le variazioni al calendario delle visite di manutenzione preventiva programmata dovranno essere rese note al Servizio di Ingegneria Clinica con almeno un giorno di anticipo.
3. I tecnici esecutori degli interventi di manutenzione preventiva programmata o riparativa sono tenuti a rendere nota la loro presenza in Azienda al personale del Servizio di Ingegneria Clinica, prima dell'inizio dell'intervento, in uno dei seguenti modi:
  - presentandosi di persona presso gli uffici del Servizio di Ingegneria Clinica (preferibile)
  - telefonando al Servizio di Ingegneria Clinica ai seguenti numeri:
    - per l'ASL AT: 0141 484246 – 485391
4. Qualora l'intervento di manutenzione richieda costi aggiuntivi rispetto al contratto in essere o a quanto preventivato, tali operazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica tramite i contatti sopra riportati, contrariamente l'intervento sarà catalogato come "non autorizzato" e quindi non liquidabile;
5. Al termine dell'intervento di manutenzione deve essere presentata una bolla di lavoro (rapporto di intervento tecnico) contenente almeno le seguenti indicazioni:
  - ragione sociale della ditta esecutrice del servizio di manutenzione
  - per le visite di manutenzione extra contratto, chiaro riferimento al numero di chiamata effettuata dal Servizio di Ingegneria Clinica
  - data in cui l'intervento viene eseguito
  - tipo di intervento eseguito
  - per gli interventi sotto contratto di manutenzione, chiara indicazione delle parti sostituite con precisazione se oggetto di fatturazione fuori contratto
  - tempo impiegato per lo svolgimento dell'intervento (manodopera e trasferta)
  - nome e cognome in stampatello e Firma dell'esecutore dell'intervento.
6. La bolla di lavoro (di cui al punto precedente) deve essere obbligatoriamente firmata per approvazione dal personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica e in caso di assenza dal referente del reparto ove l'intervento è stato eseguito. La firma del personale di reparto (non tecnico SIC) ha valore di presa visione non di approvazione ed accettazione.

## ALLEGATO B – CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Per l'ASL AL, tutta la documentazione tecnica relativa agli interventi effettuati dovrà essere trasmessa in formato elettronico, al seguente indirizzo:  
per l'ASL AT : [APavan@asl.at.it](mailto:APavan@asl.at.it)

### 2.2 Modalità di contratto

#### 2.2.4. CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK – APP. RADIOLOGICHE

Con “Contratto di manutenzione Full Risk – App. Radiologica” si intende un contratto di manutenzione avente le seguenti caratteristiche minimali (per le caratteristiche specifiche compilare la modulistica obbligatoriamente posta al termine dell'allegato)

##### Livello di costo:

il livello di costo dichiarato deve essere comprensivo di:

- tariffe varie di intervento (diritto di chiamata/presa visione, tariffa oraria per la trasferta, tariffa chilometrica per la trasferta, tariffa oraria per la manodopera, altro)
- costo di eventuali kit manutentivi utilizzati per effettuare la manutenzione preventiva o riparativa;
- costo di qualsiasi parte sistematicamente sostituita durante la manutenzione preventiva programmata;
- costo dei pezzi di ricambio da sostituire secondo il programma di manutenzione preventiva programmata e/o riparativa su chiamata (guarnizioni, guaine, sensori o altro);
- costo di eventuali attività da effettuarsi in conseguenza alla manutenzione (verifiche di sicurezza elettrica e funzionali, tarature, calibrazioni, centrature) anche in caso di interventi esplicitamente richiesti per lo svolgimento di tali attività.

##### Obblighi della ditta

- Entro il 31 gennaio dell'anno corrente:
  - o trasmissione del calendario delle visite manutentive via mail:
    - per l'ASL AT [APavan@asl.at.it](mailto:APavan@asl.at.it) su apposito foglio elettronico (.xls) e via posta;
  - o trasmissione di una relazione tecnica descrittiva degli interventi di manutenzione preventiva per tipologia di apparecchiature;
- N°1 visita di manutenzione preventiva annua (il numero delle visite di manutenzione preventiva dovrà essere obbligatoriamente aumentato nel caso in cui il manuale operativo ne preveda più di una);
- N° illimitato di interventi su chiamata;
- pezzi di ricambio **inclusi**;
- componenti consumabili **esclusi** (se non compresi nei kit di manutenzione preventiva);
- parti soggette ad usura **escluse** a meno di ulteriori clausole contrattuali da definirsi volta per volta specificamente per ogni contratto o **incluse** nel caso si tratti di apparecchiature fornite in noleggio/service come definito da capitolato;
- tubi radiologici **inclusi** e ove applicabile cassette fosfori, amplificatori di brillantezza, detectori digitali, sonde ecografiche, ecc. **inclusi**.

Tempo di intervento minimo garantito: 24 ore solari.



# ALLEGATO B – CONTRATTO DI MANUTENZIONE

## Scheda di sottoscrizione delle Condizioni di contratto.

Periodo di riferimento:

Ditta Offerente:

Sede legale:

Partita IVA o Codice Fiscale:

Codice rif. Contratto (n° Prot., data e n° offerta):

Tipo di contratto: MANUTENZIONE FULL RISK APPARECCHIATURE RX

Persona di riferimento:

Commerciale: tel. email :

Amministrativo: tel. email:

Indirizzo sito Web .

Riferimento per chiamate di Assistenza:

.....

telefono: fax: email: .....

tecnico di riferimento di zona .....

Cellulare del tecnico di riferimento di zona .....

Timbro e Firma del legale rappresentante della Ditta  
per INTEGRALE accettazione del documento di condizioni generale  
e sottoscrizione di quanto di competenza